



Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

ИИТВАК А.Т.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

11 12 18

№ _____
от "___" _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Волжский электромеханический завод»
(АО «ВЭМЗ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 1 и корпус 8
(адрес места осуществления деятельности)

Проверка средств измерений
АСА

(цифры поверительного клейма)

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения геометрических величин				
1	Микрометры рычажные	(100 – 200) мм	ПГ ± 0,004 мм	
2	Микроскопы инструментальные	(50x150) мм	ПГ ± (0,003 – 0,007) мм	
3	Линейки поверочные лекальные типов ЛД, ЛТ, ЛЧ	(50 – 200) мм	КТ 0	
4	Угольники поверочные 90°	(40 – 160) мм	КТ 1	
5	Плиты поверочные и разметочные	400x400 мм 250x250 мм 400x630 мм	КТ 2; КТ 3	

6	Линейки измерительные металлические	(0 – 1000) мм	ПГ± (0,1 – 0,2) мм	
Измерения механических величин				
7	Весы неавтоматического действия	(0 – 20) кг	КТ средний КТ обычный	
Теплофизические и температурные измерения				
8	Измерители-регуляторы температуры микропроцессорные	[(-200) – 2500] °С	ПГ± (0,25 – 0,5) %	
Измерения времени и частоты				
9	Генераторы сигналов низкочастотные	(1 – 2·10 ⁶) Гц	ПГ± (0,01 – 2) %	
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения				
10	Осциллографы одноканальные	(1 – 35·10 ⁷) Гц (5·10 ⁻⁴ – 100) В	ПГ± (0,5 – 10) %	
11	Генераторы качающей частоты	(5,6 – 12,05·10 ⁹) Гц	ПГ± 0,02·f	
12	Усилители измерительные	(1·10 ⁻⁶ – 10) В (20 – 2·10 ⁷) Гц	ПГ± (6 – 25) %	
13	Измерители неоднородностей линий передач, рефлектометры (цифровые)	(0 – 25,6) км	ПГ±(0,2 – 1) %	



подпись уполномоченного лица

Е.А. Баутин
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации

Е.Ю. Франко

Технические эксперты:

А.В. Ярыгин

Л.С. Мальшев



В данном документе
прошито и пронумеровано
2 (два) листа(а)

